

CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO N.º 7 /SRAP-DRV/2025

(Nos termos do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos)

Aquisição de equipamentos laboratoriais para o LRVSA

1. Objeto da consulta preliminar

A consulta preliminar tem por objeto a definição do **preço base** do procedimento para “*Aquisição de equipamentos laboratoriais para o LRVSA*”, bem como de um **prazo razoável para o fornecimento**, que será desencadeado após a realização da consulta preliminar.

2. Entidade Adjudicante

De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos, a entidade adjudicante é a Região Autónoma da Madeira - Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Veterinária e Bem-Estar Animal, com o endereço eletrónico drv@madeira.gov.pt.

3. Órgão responsável pela autorização da consulta preliminar ao mercado

A decisão de autorizar a realização da consulta preliminar foi tomada por despacho datado de 16/07/2025 do Diretor Regional de Veterinária e Bem-Estar Animal, nos termos conjugados do disposto no Despacho Conjunto n.º 107/2024, de 14 de outubro, publicado no JORAM, II Série, n.º 190 de 17 de outubro, confirmado pelo despacho Conjunto n.º 413/2025, de 14 de maio, publicado no JORAM, II Série, n.º 89 de 19 de maio, e na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2025/M, de 2 de julho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 1/2025/M/1, de 9 de julho (ORAM2025).

4. Prazo para a entrega de orçamentos

4.1 Todos os interessados devem remeter o orçamento para o endereço eletrónico drv@madeira.gov.pt até às **17h00 do dia 5 de agosto de 2025**.

5. Características técnicas:

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 49.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS (CCP):

- TODAS AS REFERÊNCIAS A NORMAS/HOMOLOGAÇÕES E A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA MENÇÃO «OU EQUIVALENTE»;
- TODAS AS INDICAÇÕES A MARCAS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS DE PATENTES OU MODELOS PRESENTES NAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO DEVEM SER CONSIDERADAS, PARA OS DEVIDOS EFEITOS, ACOMPANHADAS DA MENÇÃO «OU EQUIVALENTE».

Principais Características:

Diluidor automático com pelo menos duas bombas dispensadoras

Em conformidade com as ISO 7218 e ISO 6887

Capacidade de pelo menos duas bombas

Programável para modos de dosagem e de diluição

Preparação de amostras pelo menos de 5g a 25g

Possibilidade de programação do fator de diluição (ex: 1:10)

Conjunto completo de material/acessórios necessários para o funcionamento do equipamento (ex: suporte para sacos de amostragem, conjunto de tubos conectores, adaptadores, entre outros)

Abertura total do saco para a preparação da diluição inicial de modo a reduzir os riscos de contaminação cruzada;

EMA 0,05 para pesagens até 100g e 0,5 para pesagens $\geq 100g$ (CA 1% da massa pesada)

Resolução da pesagem até 100g da amostra de pelo menos 0,01g

Com certificado de calibração

Garantia mínima contra defeitos de fabrico/conceção: 2 anos

Eléctrodo (líquidos):

Compatível com o equipamento de PH de bancada da horiba modelo PH2000SR

Tipo de Sensor: Eléctrodo combinado;

ATC (com compensação de temperatura automática)

Junção em cerâmica

Agitador de Vortex orbital para tubos

Tipo de movimento: orbital

Órbita de vibração de 4,5 mm

Possibilidade de regulação da velocidade de 0 a 3000 rpm

Modo de funcionamento: ao toque e contínuo

Datalogger

Com medição de temperatura, comunicação de dados e sistema de alerta para estufas (3°C a 67°C), frigoríficos e congeladores (-20°C).

Placa de Aquecimento com agitação magnética, fornecida com sensor térmico

Capacidade de agitação máxima de água de 10L.

Regulação da velocidade de 100 a 1500 rpm

Regulação da temperatura de 50°C a 500°C com exatidão de $\pm 0,5^\circ\text{C}$

Controlo da temperatura e apresentação do valor real da temperatura com resolução de 0,1 °C utilizando um sensor térmico PT1000

Dimensão da placa aproximada de 180x180mm

Garantia mínima contra defeitos de fabrico/conceção: 2 anos

Bico de Bunsen de Laboratório

Ajuste do tamanho e a intensidade da chama

Chama ativada sem fósforo ou chama piloto

Corpo e o tubo do queimador de aço inoxidável

Adequado para fornecimento de gás propano através de tubo de borracha de 8 mm e pressão máxima de 0,2 bar

Temporizadores

Temporizador digital

Exatidão $\pm 0,01\%$

Com certificado de calibração

6. Elementos a apresentar no âmbito da presente consulta

Os interessados devem apresentar os seguintes elementos:

6.1. Orçamento:

Deverão constar os seguintes elementos:

- a)** Nome ou denominação social;
- b)** Número de identificação fiscal;

- c) Morada Fiscal;
- d) Contacto email/telefone;
- e) Apresentação do Valor Unitário sem IVA, com duas casas decimais, taxa de IVA aplicável e valor global;
- f) Validade da proposta, não deverá ser inferior a 60 dias;
- g) Prazo de pagamento - O pagamento será efetuado no prazo de 60 dias, não podendo ser aceite orçamento com a indicação de pagamento a pronto ou percentagem com a adjudicação e o restante com a entrega do bem;
- h) prazo razoável para o fornecimento, não podendo o mesmo exceder o prazo de 60 dias.

6.2. Demais documentos a apresentar:

- a) Certidão Tributária e Certidão Contributiva atestando a vossa situação regularizada;
- b) Registo central de beneficiário efetivo (RCBE).